



Ф.И.О. :

Название фирмы :

Телефон :

E-mail :

Комментарий :

Примечания:

1. В комплекте поставки материал корпусов УПР одинаковый.
2. При отсутствии опции, обязательно ставить в соответствующей графе символ «X».
4. В незаполненных «окнах» ставится "X"

УРЖ2КМ-2- / /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- 1 | **Тип УПР**
T - ПП12 (ДУ15,20) - X - образный измерительный участок, давление до 1,6 МПа
U - ПП14 (от ДУ15 - до ДУ50) - U - образный измерительный участок, давление до 1,6 МПа
W - ПП15 (от ДУ32 - и выше) - прямолинейный прямопроходной измерительный участок давление 1,6 МПа, под заказ МПа
000 - Электронный блок без УПР
- 2 | **0000мм** - Диаметры УПР, (от ДУ15 до ДУ3000)
- 3 | **Длина кабеля от электронного блока до УПР**
000м - Длины соединительных кабелей
- 4 | **Вид соединения УПР:**
O - фланцевое; (Стандартно, + КМЧ в комплекте)
Z - резьбовое; (от15 до 40мм)
E - сварное (от ПП15 ДУ32 и более)
- 5 | **Материал корпуса УПР:**
G - коррозионно-стойкая сталь; 12Х18Н10Т
F - углеродистая нелегированная сталь; Сталь20, 09Г2С
- 6 | **Проведение первичной поверки:**
P - метрологическая поверка
Q - калиброванный для технологических целей
- 7 | **A** - Архив, с интерфейсом RS 232 и RS 485;
D - Архив, с интерфейсом RS 232;
- 8 | **I** - с USB
V - с Ethernet
W - USB и Ethernet
- 9 | **Врезка пьезоэлектрических преобразователей ПЭП:**
B - по диаметру ; (Стандартно)
L - по одной хорде, только для ПП-15; (от ДУ80 и выше)
J - по двум хордам, только для ПП-15; (Предназначен для однотрубной схеме, от ДУ80 и выше, расчет расхода по двум лучам)
H - по двум диаметрам, только для ПП-15 (Предназначен для однотрубной схеме, от ДУ80 и выше, расчет расхода по двум лучам).
- 10 | **Наличие токового выхода:**
S - 0-5mA
T - 4-20mA
- 11 | **Питание:**
I - Сеть ~ 220В; 50 Гц (Встроенный блок питания)
Y - Питание 220В с выходом 12В для аккумулятора — бесперебойная работа при отключении сети
- 12 | **R** - учет реверсивного потока
- 13 | **B** - степень защиты ПЭП IP66 (Стандартно)
C - степень защиты ПЭП IP68
- 14 | **Опция горячая замена датчика ПЭП (Изготавливается спецзаказной УПР)**
G - ПЭП с УСД устройство для снятия датчиков без разгрузки трубопровода, от ДУ50 и выше)
A - ПЭП с шаровыми кранами (монтаж-демонтаж датчиков под давлением с помощью отсечных шаровых кранов от ДУ32 и выше)