



Ф.И.О. :
Название фирмы :
Телефон :
E-mail :

Примечания:

1. В незаполненных «окнах» ставится "X"

УРЖ2КМ-N- -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1 | Внутренний диаметр УПР: **50, 60, 80, 100** , мм.
000 – электронный блок без измерительного участка.
- 2 | Проведение первичной поверки:
R - поверенный проливным методом на проливной станции;
Q - калиброванный на проливной станции для технологических целей;
- 3 | **A** - интерфейс RS 485 с гальванической развязкой;
- 4 | Устройства беспроводной передачи данных:
O - встроенный модуль LoRa;
V - встроенный сервер Ethernet;
Z - встроенный GSM/GPRS модем;
- 5 | **K** - модуль Bluetooth (Андроид);
- 6 | Питание:
C - автономное питание - литиевая батарейка типа ER 34615 с дополнительной литиевой батарейкой типа Крона (9В);
I - наружный источник нестабилизированного напряжения БП-4 (БП-5, БП-6) с литиевой часовой батарейкой типа CR2032;
M - интерфейсное питание +(8 ÷ 26) В, совмещенное с шинами интерфейса RS 485 и гальванической развязкой;
S - солнечная батарея с аккумулятором;
- 7 | **F** - каналы для цифровых преобразователей температуры типа ТЦ-Б-DS18B20 (ООО «ПОЙНТ», РБ);
- 8 | каналы для преобразователей избыточного давления:
P – преобразователи с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА
R – преобразователи с выходным аналоговым сигналом 0,4-2 В;
Y - преобразователи с выходным цифровым сигналом I2C;
- 9 | **R** - учет реверсивного потока
- 10 | Укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы в месте установки расходомера